



제21-0066-001호

복사본 안전인증서 COPY

(주)가스디엔에이

인천광역시 서구 북항로 193번길 101

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제84조 및 같은 법 시행규칙 제110조제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증 표시의 사용을 인증합니다.

품 목

GAS INDICATOR

형식 · 모델 / 용량 · 등급 / 인증번호

형식·모델	용량 · 등급	인증번호
GMS-1600	AC220V, 60 Hz, 100mA	21-GA2BO-0066X
	Ex tb IIIC T85℃ Db IP6X	

인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2021-22호)

인 증 조 건

-20 ℃ ≤ Tamb ≤ +50 ℃, 뒷면 사용조건 참조

2021년 07월 01일

한국가스안전공사 사장





인 증 조 건

1. 제조공장:

“인천광역시 서구 북항로 193번길 101, (주)가스디엔에이”에서 제조하는 제품에 한함

2. 제품개요

본 제품은 폭발성 분진, 공기 혼합물 또는 분진 층이 존재하거나 존재할 우려가 있는 장소 또는 그 밖의 위험지역을 대상으로 하는 GROUP A 에 속하는 것으로써 21종, 22종 위험장소에서 사용됨.

3. 인증범위:

본 인증서에 기재된 형식·모델·용량·등급 란에 표시된 제품에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 인증받은 케이블글랜드를 사용하여 IP등급을 유지할 것.
- 그 밖의 주의사항은 사용설명서 참조

5. 인증(변경)사항

- 기존 보호등급 IP6X ⇒ 보호등급 IP66으로 변경 (변경신고 승인일 : 2021.06.22.)

6. 그 밖의 사항

안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

