



제15-0343호

제발급번호-01

안전인증서

(주)가스디엔에이

인천광역시 서구 북항로 193번길 101(원창동)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Gas Detector

형식 · 모델 / 용량 · 등급 / 인증번호

형식·모델	용량 · 등급	인증번호
DA-800	DC 20 ~ 30 V, 500 mA	15-GA2BO-0343
	Ex d IIB+H2 T6	

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2013-54호)

인 증 조 건

-20 °C ≤ Tamb ≤ +60 °C, 뒷면 사용조건 참조

2015년 05월 06일

한국가스안전공사 사장





인 증 조 건

1. 제조공장

- “인천광역시 서구 북항로 193번길 101(원창동), (주)가스디엔에이” 에서 생산하는 인증범위의 제품에 한함.

2. 제품개요

- 본 제품은 내압방폭구조의 Gas Detector로 BODY 등의 재질은 AC4C.1로 되어있고, 접합면은 Flanged 접합 등으로 되어있으며 1종 및 2종 위험장소에 설치할 수 있음.

3. 인증범위

- DA-800(DC 20 ~ 30 V, 500 mA)

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 가. $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 나. 제품 출고 시 확인시험 실시 대상
 - Enclosure에 10.3bar 압력으로 강도시험 실시
- 다. 설치 시 사용설명서 참고

5. 인증(변경)사항

- 주소지 이전 : “인천광역시 부평구 부평대로 283-B 602(청천동, 부평 우림라이온스밸리)” 에서
“인천광역시 서구 북항로 193번길 101(원창동)” 으로 주소지 이전함. ‘19.07.10. 신기호

6. 그 밖의 사항

안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

